

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2016 (SRP)

Às 11:41 horas do dia 29 de setembro de 2016, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MINORU MARTINS KIMPORA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23107013706201452, Pregão nº 00034/2016.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Complementar: Destilador de nitrogênio. Característica: destilador de proteína/nitrogênio pelo princípio Kjeldahl. Estrutura: Base com dreno e caixa em aço inox AISI 430 com pintura eletrostática em epóxi. Controlador eletrônico: para variação de potência da resistência. Vidraria: aparente, em vidro borossilicato com caldeira semi embutida. Copo: com válvula stop flow; dosagem da soda com copo graduado. Suporte do frasco de coleta: dispõe de ajuste de altura. Dimensões: L=460 x P=270 x A=760 mm. Consumo: 1500W. Alimentação: 220v. Adaptável a vários tipos de recipientes: tubo micro 25 x250 mm, tubo macro 5 x250mm com orla ou rosca, tubo de 75 x250mm com orla ou rosca e balões formato pêra com 25 no gargalo e 250mm de altura.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 2.883,5000

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.391,0000 e a quantidade de 1 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/09/2016 11:30:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 2.391,0000
Homologado	29/09/2016 11:41:15	MINORU MARTINS KIMPORA	

Item: 2

Descrição: BLOCO DIGESTOR

Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 3.796,6700

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.468,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/09/2016 11:30:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 2.468,0000
Homologado	29/09/2016	MINORU	

11:41:22 MARTINS
KIMPARA**Item: 3****Descrição:** CAPELA EXAUSTÃO**Descrição Complementar:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.532,8400**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	21/09/2016 11:22:02	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Devido a ausência de fornecedores que atendam ao Edital. Valor estimado considerado abaixo do praticado no mercado.
Homologado	29/09/2016 11:41:26	MINORU MARTINS KIMPARA	

Item: 4**Descrição:** DESTILADOR ÁGUA**Descrição Complementar:** Bi-destilador de água. Voltagem: 220V, Potência: 3680W. Rendimento de 2 L/h; Sistema composto por dois destiladores de água com funcionamento Simultâneo; Prático sistema de suporte para parede; Caldeiras em aço inox com nível constante de alimentação; Defletores de vapores em material plástico; Resistências tubulares blindadas; Consumo de água de refrigeração, entre 200 e 300 L/h (pode ser reciclada); Sistema automático que mantém o nível constante e desliga as resistências no caso de falta de água de alimentação; Duplo sistema de segurança na falta de água; Pressão mínima na entrada 3 psi; condutividade na saída, entre 0,5 e 2,5 uS (considerando entrada com 280 uS); Cabo de força com dupla isolamento, terra e sem plug; Acompanha manual de instruções;. Cadastro Finame 2123971;**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 2.577,3700**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.577,0000 e a quantidade de 1 unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/09/2016 11:30:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 2.577,0000
Homologado	29/09/2016 11:41:30	MINORU MARTINS KIMPARA	

Item: 5**Descrição:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS**Descrição Complementar:** Espectrofotômetro para análise de água. Espectrofotômetro digital, para análise em água, com região espectral de 340 a 1000 nm, largura de banda 10 nm e resolução de leitura de 1 nm. Modos de leitura de Transmitância, Absorbância e Concentração. Leituras únicas ou contínuas. Equipado com display LCD caracteres com retro-iluminação. Seleção de comprimento de onda automático.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 3.949,9800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 3.235,4200 e a quantidade de 1 unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 28/09/2016 11:30:45 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, Melhor lance: R\$ 3.235,4200

Homologado 29/09/2016 11:41:36 MINORU MARTINS KIMPARA

Item: 6**Descrição:** FORNO MUFLA

Descrição Complementar: Forno mufla. Potência Nominal: 10KVA (10.000Watts); Faixa de Temperatura: 50? C até 1200?C; Modelo do Controlador de Temperatura: KSW-12-16; Tipo do Controlador de Temperatura: Eletrônico; Microprocessado com indicação Digital; Resolução do controlador de Temperatura: 1?C. Precisão do controlador de Temperatura: 1?C. Tempo de aquecimento com o forno vazio: <150 min. Dimensões da Câmara (PxLxA): 400 x 250 x 160 mm; Dimensões Externas (PxLxA): 910 x 620 x 630 mm; Volume interno: 16,0 Litros; Alimentação : 220VAC Monofásica ; Peso Líquido: 144.0 kg. Peso Bruto: 159.0 kg

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 2.263,6300**Situação:** Homologado

Adjudicado para: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 , com valor negociado a R\$ 2.263,6300 e a quantidade de 1 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/09/2016 11:30:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, Melhor lance: R\$ 2.800,0000, Valor Negociado: R\$ 2.263,6300
Homologado	29/09/2016 11:41:46	MINORU MARTINS KIMPARA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.



Voltar

