



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2018**

Processo nº **23107.019014/2018-41**, referente ao Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 31/2018, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes para os laboratórios do Centro Multidisciplinar do Campus Floresta e do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza do Campus Rio Branco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico SRP Nº 31/2018 solicitado pelas empresas KF EQUIPAMENTOS e CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, via e-mail, nos termos apresentados no expediente colacionado às fls. 148 e 157 do processo em epigrafe.

#### **1. DA ADMISSIBILIDADE**

Nos termos do item 21.5 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 31/2018, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos no prazo estabelecido, qual seja, de até 03 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. Como a peticionante enviou o pedido de esclarecimento no dia 30 de novembro de 2018, o mesmo encontra-se tempestivo.

#### **2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Abaixo reproduzimos os pontos aos quais a peticionante pede esclarecimentos:

Esclarecimentos da KF EQUIPAMENTOS:

1º Prazo de entrega:

Seria um contra senso entre a validade da proposta de 60 dias ter um prazo de entrega de 30 dias, visto não existir similar nacional, os equipamentos são geralmente importados da China, Índia, ...  
A entrega poderá ser prorrogada?

2º O item 01 Está direcionado para um unica empresa, conforme mencionado abaixo:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Estéreo microscópio (Carlzeiss), com abertura dia 11.12.18, e afim de evitar impugnação, sugerimos a retificação das seguintes características abaixo mencionadas:

Todas as descrições e medidas e códigos são Exclusivo da Carl Zeiss; Zoom 4,4:1 (8x á 35x) Exclusivo da Carl Zeiss Modo automático que desliga o equipamento após 60 minutos sem estar utilizando Exclusivo da Carl Zeiss; Tubo binocular inclinado ergonômico de 60º a inclinação poderia ser de 45º graus ?

O edital informa a inclinação do tubo com inclinação de 60º graus Tendo em vista que é o mais utilizado, é o tubo com inclinação de 45º graus, possibilitando maior conforto ao usuário para análise

A inclinação de 45º graus é a mais utilizada.

Se ofertamos um estéreo com inclinação de 45º o mesmo seria aceito?

Par de oculares 10x/20mm Sugerimos incluir no edital dimensões aproximadas

Entre outras medidas sugerimos incluir no edital dimensões aproximadas tanto no item 01 e 02;

**Esclarecimentos da CARL ZEISS DO BRASIL LTDA:**

Tendo interesse em participar da concorrência deste Certame, a **CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.**, com sede Av. Das Nações Unidas, nº 21.711, bairro Vila Almeida, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 33.131.079/0001-49 e Inscrição Estadual sob n.º 105.941.392.117, vem formalizar pedido de esclarecimentos do edital acima referenciado quanto a possibilidade de ser aceita posterior solicitação de prorrogação do prazo de entrega do objeto referente ao **item 05 (estereomicroscópio trinocular)** deste processo licitatório, caso venhamos a ser sagrados vencedores do mesmo, tendo em vista que ofereceremos equipamentos importados, cujo prazo mínimo para fabricação, importação e internação da mercadoria é de aproximadamente 90 (noventa) dias.

### **3. DA APRECIÇÃO**

Por tratar-se de pedido de informações técnicas, que foge ao domínio técnico deste pregoeiro, remetemos os autos para o setor demandante, que prestou os seguintes esclarecimentos:

Considerando o pedido de esclarecimento do Edital PE nº 31/2018, fl. 148, impetrado pela empresa COMERCIAL K F EQUIPAMENTOS, CNPJ/MF sob o nº 09.247.117/0001-49, esta Diretoria entende ser competente para julgar o pedido, vez que o teor argumentativo remete à descrição do item 01 (Estereomicroscópio) do Termo de Referência DMAP nº 57/2018.

- Quanto ao primeiro questionamento (**prazo de entrega**): mantém-se a redação dos 30 dias, de modo que é possível eventual prorrogação da entrega quando da solicitação da empresa vencedora do certame.

- Quanto ao segundo questionamento (**suposto direcionamento**): acatamos todas as reivindicações da demandante, conforme se vê pela nova redação do Termo de Referência em epígrafe (fls. 150-155).



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Devolvem-se os autos para as demais ações de praxe.

Rio Branco-Acre, 03 de dezembro de 2018.

**Luciano de Souza Ferreira**  
Diretor de Material e Patrimônio  
Portaria nº 1029/2014

Considerando o pedido de esclarecimento da Empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, conforme já respondido acima pelo setor competente, “Quanto ao primeiro questionamento (**prazo de entrega**): mantém-se a redação dos 30 dias, de modo que é possível eventual prorrogação da entrega quando da solicitação da empresa vencedora do certame.”

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no site Comprasnet e suspensão administrativa dos trâmites relativos ao procedimento licitatório para as correções apontadas pela equipe técnica, e recontagem dos prazos legais.

Rio Branco – Acre, 03 de dezembro de 2018.

**Irael de Lima Monteiro**  
Pregoeiro