

ENC: Esclarecimento_PE 044_UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE_Abertura_07-12

2 mensagens

Flavia Gonçalves <flavia.goncalves@loccus.com.br>

1 de dezembro de 2022 11:12

Para: "cpl@ufac.br" <cpl@ufac.br>, Miliane Frazão <miliane.fraza@loccus.com.br>

Bom dia a todos!

Segue pedido de esclarecimento:

Item 89: Termociclador

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente às especificações técnicas do produto solicitado. No termo de referência é mencionado Aquecimento até 6°C/seg. Tendo em vista que não haverá prejuízo na funcionalidade do equipamento, termocicladores que atendam a todas às especificações do termo de referência mas possuam aquecimento de até 4°C/seg poderão participar desse processo licitatório? O esclarecimento é de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do equipamento adequado.

Obrigada.

Atenciosamente,

FLAVIA GONÇALVES

LICITAÇÕES

flavia.goncalves@loccus.com.br

+55 11 95040-2638



R. Santa Mônica, 820






Parque Industrial San José

Cotia-SP | 06715-865

+55 11 5514-3290

Ramal 145

www.loccus.com.br **loccus**A vibração de quem **vai além****O ANEXO/CONTEÚDO DESTA E-MAIL É CONFIDENCIAL.****5 anexos**

-  **APÊNDICE DO ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf**
131K
-  **Edital.pdf**
440K
-  **Relacaoltens15404405000442022000.pdf**
116K
-  **ANEXO I - Termo de Referência.pdf**
870K
-  **ANEXO II - Minuta de Contrato.pdf**
806K

cpl@ufac.br <cpl@ufac.br>

1 de dezembro de 2022 11:37

Para: flavia.goncalves@loccus.com.br, flavia.goncalves@loccus.com.br

Sua mensagem

Para: flavia.goncalves@loccus.com.br

Assunto: ENC: Esclarecimento_PE 044_UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE_Abertura_07-12

01/12/2022 11:39

E-mail de Universidade Federal do Acre - ENC: Esclarecimento_PE 044_UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE_Abertura_0...

Enviada: 01/12/2022 09:12:33 GMT-5

foi lida em 01/12/2022 09:37:29 GMT-5