

ENC: Esclarecimento_PE 045_UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE_Abertura_08-12

2 mensagens

Licitações <licitacoes@loccus.com.br>

1 de dezembro de 2022 11:01

Para: "cpl@ufac.br" <cpl@ufac.br>, Miliane Frazão <miliane.fraza@loccus.com.br>

BOM DIA A TODOS!

Segue pedido de esclarecimento:

Item 36: Fonte de energia

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente às especificações técnicas do produto solicitado. No termo de referência é mencionado "Saída de 500V, 2500 mA e 500W". Tendo em vista que não haverá prejuízo na funcionalidade do equipamento, fonte que atenda a todas as especificações do termo de referência mas possua até 500mA de corrente e 150W de potência poderá participar desse processo licitatório? O esclarecimento é de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do equipamento adequado.

FLAVIA GONÇALVES

LICITAÇÕES

flavia.goncalves@loccus.com.br

+55 11 95040-2638





R. Santa Mônica, 820

Parque Industrial San José

Cotia-SP | 06715-865

+55 11 5514-3290

Ramal 145

www.loccus.com.brA vibração de quem **vai além****O ANEXO/CONTEÚDO DESTA E-MAIL É CONFIDENCIAL.****5 anexos** **Relacaoltens15404405000452022000.pdf**
98K **ANEXO I - Termo de Referência.pdf**
673K **ANEXO II - Minuta de Contrato.pdf**
604K **APÊNDICE DO ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf**
118K **Edital.pdf**
427K

cpl@ufac.br <cpl@ufac.br>

1 de dezembro de 2022 11:37

Para: licitacoes@loccus.com.br, licitacoes@loccus.com.br

Sua mensagem

Para: licitacoes@loccus.com.br

Assunto: ENC: Esclarecimento_PE 045_UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE_Abertura_08-12

Enviada: 01/12/2022 09:01:15 GMT-5

foi lida em 01/12/2022 09:37:58 GMT-5

